



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

มิถุนายน 2568



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1.นาย เสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2.นาย วรุตม์	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3.นาย บัญญัติ	แสนงาย	พนักงานขับรถยนต์



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีโทรมาตร ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

- แม่น้ำ
- อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน
- ขอบเขตประเทศ
- ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก

สถานีโทรมาตรแยกประเภท รวมโทรมาตรทั้งหมด 69 สถานี

โทรมาตร Belink (Embes)

- Embes 3 สถานี
- Embes, Hydro Flow 4 สถานี
- Embes, โทรมาตรขนาดใหญ่ 1 สถานี
- Embes, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี

โทรมาตร Neon (Unidata)

- Unidata 3 สถานี
- Unidata, Flagship, Hydro Flow 1 สถานี
- Unidata, Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี
- Unidata, Hydro Flow 6 สถานี
- Unidata, Adap-T, Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Flagship

- Flagship 2 สถานี
- Flagship, ฝน(สสนก.), Hydro Flow 1 สถานี
- Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี
- Flagship, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 2 สถานี

โทรมาตร ฝน (สสนก.)

- ฝน(สสนก.), Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Hydro Flow

- Hydro Flow 5 สถานี
- Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 19 สถานี

โทรมาตรขนาดใหญ่

- โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี

ได้แก่ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน




ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี N.1 แม่น้ำน่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี N.49 น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3.6V ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี N.64 แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี N.65 ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี N.1 แม่น้ำน่าน หน้าสำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ




ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี N.49 น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี N.64 แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow






ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี N.65 ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
5. ย้ายเครื่องให้ตรงกับร่องน้ำ		



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow






ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี N.13A แม่น้ำน่าน บ้านไผ่งาม ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี N.75 น้ำว่า สะพานท่าลี่ ต.ซึ้ง อ.เวียงสา จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี Y.34 น้ำแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี Y.24 น้ำปี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี Y.36 น้ำควร บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Y.34 น้ำแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี N.88 น้ำสา บ้านกลาง ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
5. เปลี่ยน Solar cell ใหม่		Solar cell ชำรุด



ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.05 (Y.24) น้ำปี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. เปลี่ยน Solar cell ใหม่		Solar cell ชำรุด



ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.16 สะพานท่าวังตาล-ป่าแดด ต.ท่าวังตาล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.17 น้ำแม่ตาช้าง ฟ่อนคำวิลเลจ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝั้งน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 46 N.13 บ้านไผ่งาม ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 24 เทศบาลตำบลแม่ยม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโพรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 26 หน่วยอุทกวิทยาพะเยา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



สถานีอุตุ-อุทกวิทยา

สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โครงการอ่างน้ำปี ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน Data Logger ใหม่		Data Logger เสีย

สถานีอุตุ-อุทกวิทยา





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี Y.1C





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Flagship สถานี น้ำยวม





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Flagship สถานี น้ำยวม





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Flagship สถานี น้ำยวม





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.31





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.31





ติดตั้งเครื่องโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.31






รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒข 8249



นายบัญญัติ แสนงาย

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO

เลขทะเบียน 3ฒข 8249 สป.041-5453





แบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฅ 8249

แบบบันทึกการใช้ยานพาหนะ
3ฅ 8249 ขป. 041-5453

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ลำดับ	ผู้ใช้งาน	ออกเดินทาง			สถานที่ไป	กลับถึงหน่วยงาน			รวม กม.	พชร.	ประเภท เชื้อเพลิง	การเติมเชื้อเพลิง		
		วันที่	เวลา	เลข กม.		วันที่	เวลา	เลข กม.				วันที่	เลข กม.	จำนวนหน่วย
180	18กคย	14/3/68	8.30	149254	6กคย	21/3/68	16.30	150986						
181	18กคย	24/3/68	8.30	150580	พชร 8249	27/3/68	16.30	151292						
182	18กคย	28/3/68	8.30	15202	8249	28/3/68	16.30	151653						
183	18กคย	2/4/68	8.30	151653	พชร 8249	4/4/68	16.30	151928						
184	18กคย	24/4/68	8.30	151718	พชร 8249	27/4/68	16.30	152232						
185	18กคย	28/4/68	8.30	152232	พชร 8249	2/5/68	16.30	153267						
186	18กคย	8/5/68	8.30	153267	พชร 8249	10/5/68	16.30	153944						
187	18กคย	13/5/68	8.30	153944	พชร 8249	17/5/68	16.30	154556						
188	18กคย	17/5/68	8.30	154556	พชร 8249	21/5/68	16.30	155141						
189	18กคย	27/5/68	8.30	155141	พชร 8249	29/5/68	16.30	155895						
190	18กคย	4/6/68	8.30	155895	พชร 8249	6/6/68	16.30	156158						
191	18กคย	9/6/68	8.30	156158	พชร 8249	12/6/68	16.30	156814						
192	18กคย	16/6/68	8.30	156814	พชร 8249	20/6/68	16.30	157022						
193	18กคย	24/6/68	8.30	157022	พชร 8249	28/6/68	16.30	157683						
194	18กคย	26/6/68	8.30	157683	พชร 8249	26/6/68	16.30	158295						

ผู้บันทึก..... ผู้ควบคุม..... ผู้ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ.....

(บัญชา ติณสอย)
พนักงานขับรถ

(นาย เสกสรรค์ สมร)
หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังโครงการ
ทว.ช.ภาคเหนือตอนบน

(น.ส.พรนภัส อธิไชย)
ทว.ช.ภาคเหนือตอนบน



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประเภทรถยนต์: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ: TOYOTA รุ่น: 041-5453 วันที่: 15/5/10

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ตรวจ	พบ	แก้ไข	พบ		
1. ความดันลมยาง	ว/ด/ป	35	35	35	35		
2. ความสะอาดภายนอก		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำยาลubr				✓			
4. ระดับน้ำยาลubr				✓			
5. ระดับน้ำยาลubr				✓			
6. สภาพเครื่องยนต์				✓			
7. สภาพพวงมาลัย				✓			
8. ระดับน้ำยาลubr				✓			
9. ระดับน้ำยาลubr				✓			
10. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
11. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
12. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
13. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
14. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
15. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย) นายสมชาย (นาย) นายสมชาย (นาย) นายสมชาย

10 มิ.ย. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประเภทรถยนต์: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ: TOYOTA รุ่น: 041-5453 วันที่: 15/5/10

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ตรวจ	พบ	แก้ไข	พบ		
1. ความดันลมยาง	ว/ด/ป	35	35	35	35		
2. ความสะอาดภายนอก		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำยาลubr				✓			
4. ระดับน้ำยาลubr				✓			
5. ระดับน้ำยาลubr				✓			
6. สภาพเครื่องยนต์				✓			
7. สภาพพวงมาลัย				✓			
8. ระดับน้ำยาลubr				✓			
9. ระดับน้ำยาลubr				✓			
10. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
11. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
12. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
13. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
14. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			
15. ตรวจไฟส่องสว่าง				✓			

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย) นายสมชาย (นาย) นายสมชาย (นาย) นายสมชาย

17 มิ.ย. 2568



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒข 8249 ชป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง

วันที่ 24 มิ.ย. 2568 ปี 2568

ประเภทรถยนต์: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ: TOYOTA รุ่น: REVO ปี: 2558 เลขทะเบียน: 3ฒข 8249 ชป. 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปี 2568				ผลการตรวจ	การแก้ไข
		ก่อน	ระหว่าง	หลัง	รวม		
1. ความดันลมยาง	7 / ค / ปี	✓	✓	✓	✓		
2. ระดับน้ำกลั่นเครื่องยนต์		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำกลั่นเบรค		✓	✓	✓	✓		
4. ระดับน้ำกลั่นเครื่อง		✓	✓	✓	✓		
5. ตรวจสอบระบบเบรค		✓	✓	✓	✓		
6. สภาพเครื่องยนต์		✓	✓	✓	✓		
7. สภาพช่วงล่าง		✓	✓	✓	✓		
8. ระดับน้ำกลั่นการพอง		✓	✓	✓	✓		
9. ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	✓	✓	✓		
10. ตรวจสอบไฟหน้า		✓	✓	✓	✓		
11. ตรวจสอบไฟส่องสว่าง		✓	✓	✓	✓		
12. ตรวจสอบไฟเบรค		✓	✓	✓	✓		
13. ตรวจสอบไฟเลี้ยว		✓	✓	✓	✓		
14. ตรวจสอบสัญญาณ		✓	✓	✓	✓		
15. ตรวจสอบสัญญาณเตือน		✓	✓	✓	✓		

ตรวจสอบความพร้อมของรถ (เมื่อ - นาน)

รายการตรวจเช็ค	เมื่อ - นาน					ผลการตรวจ	การแก้ไข
	1	2	3	4	5		
1. การขับขี่บนท้องถนน	✓	✓	✓	✓	✓		
2. การขับขี่บนท้องถนน	✓	✓	✓	✓	✓		
3. การขับขี่บนท้องถนน	✓	✓	✓	✓	✓		
4. การขับขี่บนท้องถนน	✓	✓	✓	✓	✓		
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์) พนักงาน หัวหน้าหน่วยบริหาร

พนักงานขับรถ: (นาย วิจิตร) พนักงาน หัวหน้าหน่วย

น.ส. พงษ์ทิพย์ จินโนช

ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยบริหาร

24 มิ.ย. 2568



แผนปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วันที่ 1-4	ติดตั้งเครื่องโทรมาตร สถานี Y.37
วันที่ 7-9	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.เชียงใหม่
วันที่ 14-18	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.ลำปาง
วันที่ 21-25	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร จ.เชียงใหม่
วันที่ 29-31	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ